

5 PRIEŽASTYS, KODĖL GERAS APARATAS „neveikia“

APARATO ĮDARBINIMO DIAGNOSTIKA SPECIALISTUI



Jei turi aparatą, bet negauni rezultatų – problema ne aparate, o tame, kaip su juo dirbi.

Esu **Vita Sincevičienė** – nepriklausoma aparatologė ir dėstytoja.

Daugiau nei 16 metų dirbu ir analizuoju aparatines technologijas, koncentruodamasi į **fiziologiją, veikimo principus bei saugumą**. Padedu specialistams **aiškiai suprasti**, kas vyksta audiniuose ir kaip pasiekti realius rezultatus.

Tam, kad mano patarimai būtų pagrįsti logika ir atsakomybe Jums, o ne pažadais, sąmoningai renkuosi neatstovauti jokio gamintojo.

© Vita Sincevičienė | Aparatologija.lt



1 PRIEŽASTIS – Procedūra neturi aiškaus tikslo

Kaip tai atrodo praktikoje:

- neatliekama problemų diagnostika
- nenustatomas procedūros tikslas
- procedūra pradedama „pagal kliento norus“
- nekuriama procedūrų strategija
- vertinamas tik momentinis efektas.



Kodėl tai svarbu:

Be aiškaus tikslo ar kliento duomenų analizės neįmanoma tinkamai parinkti funkcijų ar pasiekti norimų rezultatų. Nes, kai nėra aišku kokią problemą turime spręsti ir funkcijų pasirinkimas tampa klaidinantis.

2 PRIEŽASTIS – Parenkama funkcija, bet neįvertinamas jos fiziologinis poveikis

Kaip tai pasireiškia:

remiamasi tik technologijos pavadinimu arba funkcijos reklaminiu aprašu, neatsižvelgiama koku principu funkcija realiai veikia audinius ir kaip ji dera su kitomis funkcijomis.

Vadovaujantis aparatologijos logika funkcijos parenkamos pagal tikslą (ką norime spręsti ir kokia funkcija tai padės padaryti):

VEIDO SRITYJE

valymas ar paviršinis paruošimas

ingredientų įvedimas

regeneracija, stimuliacija ar anti-age poveikis

KŪNO SRITYJE

skysčių drenavimas ar limfotakos aktyvinimas

audinių stangrinimas

riebalinio audinio mažinimas

celiulito etiologija

 **Kodėl tai svarbu: netinkamai parinkta funkcija negali duoti norimo rezultato, net jei aparatas techniškai geras.**

PVZ: reikia mažinti apimtį – riebalinį audinį – pasirenkama elektrostimuliacijos funkcija, rezultato "efektyvaus" nebus, nes šios funkcijos tiesioginis ir efektyviausias veikimas į raumenį, ne į riebalą – tik nedidelė dalis riebalinio audinio bus paveikiama kaip pašalinis EMS reiškinys dėl pačių raumenų susitraukimo, kraujotakos aktyvinimo.

3 PRIEŽASTIS – Intensyvumas parenkamas „pagal jausmą“, o ne poreikius ar audinių reakciją

Kaip tai atrodo:

Intensyvumas didinamas,
kai „nesimato efekto“

Procedūros tampa per
agresyvos arba iš vis
neduoda rezultato

Rezultatai nestabilūs:
vienam rezultatas yra,
kitam nesimato jokio
pokyčio

Kodėl tai svarbu:

kai nežinai, ko sieki audiniuose, intensyvumas tampa spėjimu, o ne sprendimu.

4 PRIEŽASTIS – Aparatas neturi aiškos vietos procedūrų sistemoje

❏ Kodėl tai svarbu:

Be sekos ir aiškos kombinavimo logikos, kurios funkcijos dera tarpusavyje ir duos efektyvius rezultatus, kurių derinti nedera ar neverta, aparatas tampa atsitiktiniu įrankiu, kuris retai pritaikomas arba taikomas netikslingai.



5 PRIEŽASTIS – Rezultatas vertinamas tik vizualiai, ne fiziologiškai ir sistemiškai

Kaip tai atrodo:

Vertinama „iškart po procedūros“

Nekaupiamą informaciją apie audinių reakcijas, pokyčius

Nėra ilgalaikio procedūrų ir tikslų plano

Kodėl tai svarbu:

Be sistemingo vertinimo:

- funkcijų pasirinkimas tampa atsitiktinis
- rezultatai neprognozuojami
- neaišku, kas iš tikrųjų veikia, o kas ne
- sunku koreguoti eigą

Daugiau struktūros, ne galios

Aparatinio darbo logika visada remiasi šiomis atramomis:

- 1 Išsami ir tiksli kliento problemos diagnostika**
Ne „ką noriu padaryti“, o *kas realiai turi keistis audiniuose*.
- 2 Aiškūs procedūros tikslai pagal problematiką**
Be tikslo neįmanoma parinkti nei tinkamos funkcijos, nei saugaus intensyvumo.
- 3 Funkcijų parinkimas pagal tikslą(problemą), ne pagal įprotį ar norus**
Ta pati funkcija skirtinguose aparatuose nėra tas pats poveikis.
- 4 Ilgalaikio procedūrų plano sudarymas**
Tik procedūrų kursas tinkamu reguliarumu, vertingomis kombinacijomis duoda rezultatus.
- 5 Efektyvumo ir saugumo veiksnių įvertinimas**
Temperatūra, reakcijos, audinių atsakas į fizikines funkcijas – ne pojūtis, o stebėjimas ir vertinimas.
- 6 Strategijos koregavimas pagal audinių pokyčius**
Dirbama ne „pagal vieną protokolą visiems“, o pagal realius poreikius ir reakcijas.

Jeigu visa tai pritaikysi savo praktikoje – žinok jau turi aparatologinę mąstymo sistemą, su kuria aparatas tampa tavo strateginiu grožio verslo sėkmės įrankiu.

Jei matai, kad problema ne aparate, o sistemoje – būtent su tuo ir dirbu mokymuose bei individualiose analizėse.

SEKANTYS TAVO ŽINGSNIAI:

1

Struktūruoti aparato įdarbinimą

Vita Sincevičienė
Mokymai | Vita Sincevičienė



2

Analizuoti individualią situaciją

Vita Sincevičienė
Aparatų analizė | Vita Sincevičienė...

